

川俣町災害対策本部からのお知らせ

H24.1.13

No.42

川俣町産米検査について

平成24年1月5日に検査したもち米(玄米)から、400Bq/kgを超える値が測定されたことについて、経過と今後の対応をお知らせします。

【経過】

当該もち米の町におけるNaIシンチレーションスペクトロメータによる測定結果は次のとおりでした。(3回実施)

< A社 490Bq/kg、B社 478Bq/kg、C社 465Bq/kg >

町から依頼し、参考として県のゲルマニウム半導体検出器で測定してもらいました。

当該もち米の測定結果は520Bq/kgと計測されましたが、当該もち米の生産者は自家飯米のみを生産しており、県の緊急調査の対象ではないため、県からの公表はありませんでした。

なお、この収穫されたもち米5袋(1袋30kg)は全て自家消費米等で出荷・販売されていません。

町は測定結果を当該農家に報告するとともに、該当もち米を動かさないよう、また摂取しないよう依頼しました。

【今後の対応】

今後の町の対応については、より安心・安全な米生産の回復のため、当該もち米の数値が上昇した原因の究明を県の指導・協力を得て実施します。

町と県の検査の違い

町が実施している町産の米検査は、飯米農家を含む町内稲作農家の全てを対象としています。

福島県が実施している「米の放射性物質緊急調査」は、米の出荷・販売農家を対象としています。

【問い合わせ】原子力災害対策課 電話 566-2111 内線 7114

井戸水検査の進捗状況 【問い合わせ】原子力災害対策課 電話 566-2111 内線 7114

12月20日から検査を行っておりますが、現在、検出限界値以上の数値は出ておりません。

検査済件数：161件(平成24年1月6日現在)

測定機器：NaIシンチレーション検出器 3台

検出限界値：「放射性セシウム134、放射性セシウム137、放射性ヨウ素131」 各25Bq/kg

測定時間：30分

町内 53 箇所の放射線量測定結果表

町が独自に環境放射線量モニタリング調査を行った測定結果をお知らせします。
 なお、この測定結果は随時、町ホームページに掲載していますので確認ください。

No.	月日(天候)		12・27	12・30	1・3	1・6	1・10
	観測地点	高さ 1m	(晴)	(晴)	(晴)	(曇)	(曇)
1	富田幼稚園	(グラウンド中央)	0.26	0.29	0.28	0.26	0.23
2	富田小学校	(グラウンド中央)	0.34	0.37	0.34	0.35	0.34
3	福田小学校	(グラウンド中央)	0.21	0.25	0.23	0.24	0.23
4	福田幼稚園	(グラウンド中央)	0.30	0.32	0.29	0.33	0.27
5	福沢公民館	(駐車場)	0.90	1.06	0.98	0.98	0.83
6	大綱木公民館	(駐車場)	0.64	0.73	0.61	0.64	0.61
7	川俣南小学校	(グラウンド中央)	0.22	0.24	0.20	0.23	0.20
8	川俣南幼稚園	(グラウンド中央)	0.24	0.25	0.24	0.25	0.24
9	小綱木公民館	(駐車場)	0.83	0.94	0.86	0.85	0.77
10	山木屋中学校	(グラウンド中央)	2.20	2.08	2.22	2.21	2.11
11	山木屋小学校	(グラウンド中央)	2.36	2.57	2.74	2.77	2.54
12	山木屋幼稚園	(砂場)	1.95	2.10	2.07	2.11	2.01
13	坂下集会所	(駐車場)	()	()	()	()	()
14	山木屋水境	(路上端)	4.88	5.15	5.25	5.33	5.05
15	行合道交差点	(路上端)	1.71	1.72	1.72	1.81	1.82
16	田代・羽附境	(路上端)	1.47	1.48	1.55	1.49	1.44
17	飯坂水境	(路上端)	0.99	1.14	0.92	1.02	0.91
18	飯坂小学校	(グラウンド中央)	0.32	0.33	0.32	0.31	0.28
19	川俣高校	(グラウンド中央)	0.15	0.15	0.14	0.19	0.14
20	おじま公民館	(グラウンド中央)	0.20	0.24	0.21	0.19	0.19
21	川俣幼稚園	(グラウンド中央)	0.27	0.32	0.27	0.30	0.26
22	川俣小学校	(グラウンド中央)	0.24	0.26	0.24	0.26	0.23
23	川俣中学校	(グラウンド中央)	0.40	0.46	0.38	0.40	0.36
24	すみよし保育園	(グラウンド中央)	0.21	0.24	0.23	0.25	0.22
25	笠原鋳物(株)	(駐車場)	0.88	0.91	0.95	0.93	0.91
26	道の駅川俣	(駐車場)	0.40	0.50	0.44	0.46	0.44
27	町体育館	(駐車場)	0.89	1.01	0.91	0.93	0.89
28	農村広場	(駐車場)	0.31	0.47	0.34	0.36	0.37
29	栗和田コミセン	(駐車場)	0.85	0.90	0.84	0.82	0.67
30	小神公民館	(駐車場)	0.57	0.62	0.57	0.58	0.56
31	秋山・板橋	(路上端)	0.93	1.05	0.95	0.93	0.91
32	小島・小ヶ坂集会所	(駐車場)	0.77	0.92	0.83	0.87	0.76
33	小島・田代集会所	(駐車場)	0.66	0.72	0.65	0.68	0.65
34	峠の森自然公園	(路上端)	0.44	0.44	0.45	0.42	0.42
35	飯坂・入組集会所	(駐車場)	0.69	0.79	0.68	0.65	0.66
36	大綱木・境木トンネル前	(路上端)	0.59	0.62	0.58	0.60	0.53
37	小綱木・長滝	(路上端)	1.23	1.36	1.22	1.21	1.12
38	小綱木・菅立目	(路上端)	1.30	1.54	1.33	1.43	1.52
39	小綱木・若松	(路上端)	0.80	0.84	0.81	0.80	0.76
40	小綱木・東大柴	(路上端)	1.26	1.48	1.19	1.30	1.24
41	小綱木・後沢	(路上端)	0.90	1.02	0.86	0.91	0.84
42	山木屋・大沢山	(路上端)	1.82	1.75	1.77	1.85	1.87
43	山木屋・長橋	(路上端)	1.44	1.51	1.51	1.45	1.49
44	山木屋・八木 4 区コミセン	(駐車場)	1.35	1.38	1.50	1.43	1.40
45	山木屋・比曾境	(路上端)	3.02	3.05	3.20	3.16	2.97
46	山木屋・木ノ間山	(路上端)	2.31	2.51	2.50	2.54	2.51
47	山木屋・下田代	(路上端)	1.02	1.03	1.08	0.95	1.01
48	鶴沢公民館	(路上端)	0.58	0.66	0.61	0.54	0.53
49	西福沢・合国場	(路上端)	0.95	1.09	0.97	1.00	0.99
50	川俣中前・安齋土木	(駐車場)	0.29	0.29	0.24	0.27	0.23
51	飯坂・二又柏	(路上端)	0.58	0.62	0.59	0.63	0.51
52	小島・下ノ町集会所	(路上端)	0.51	0.65	0.65	0.57	0.55
53	小島・水境	(路上端)	1.23	1.41	1.30	1.20	1.24

単位：マイクロシーベルト/時間、計測機器：ALOKA TSC172B で測定

() 除染モデル事業のため測定休止